

Polygraphie ventilatoire

Qualité du tracé

- supprimer les moments sans sommeil : Lumière, position verticale, selon le questionnaire du patient
- Critères de qualité : **6 heures** d'enregistrement dont **4 heures** de sommeil.
- **Les ronflements** valide l'existence d'un sommeil, il n'y a pas de certitude en l'absence de ronflement
- L'examen **sous-estime** l'index d'apnées hypopnées par rapport à une polysomnographie

Les évènements

- Limitation de débit
- Hypopnée : baisse de débit > 30 %, pendant > 10 secondes, associée à une désaturation > 3 % ou un microréveil
- Apnée : diminution de débit nasobuccal > 90 %, > 10 secondes
- Définir la tonalité centrale ou obstructive
- Ne rien côtez après une reprise ventilatoire

Les signaux

1. pneavox respi = intensité 1 = débit
2. Spneavox respi = son 1 = débit
4. Intensité 2 ronflement
5. Son 2 ronflement
6. Pneavox effort : variation de P trachée, 0 si central

From:
<https://clementbecle.fr/> - **cb_cardio**



Permanent link:
https://clementbecle.fr/doku.php?id=polygraphie_ventilatoire&rev=1765051399

Last update: **2025/12/06 21:03**